



Nitrat in Süßwasser
Nitrate in freshwater
Nitrates dans les eaux douces
Nitratos en agua dulce

11169

Aquamerck

Messbereich / Measuring range / Domaine de mesure / Intervalo de medida:

10 – 150 mg/l (de) NO₃

(10 – 25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 mg/l (de) NO₃)




Testglas bis zur 5-ml-Marke füllen.

Fill the test vessel to the 5-ml mark.

Remplir le tube à essai jusqu'au trait de 5 ml.

Llenar el recipiente de ensayo hasta la señal de enrase de 5 ml.




2 Mikrolöffel grün **NO₃-1** zugeben und lösen.

Add 2 microspoons green of **NO₃-1** and dissolve.

Ajouter 2 microcuillères verte de **NO₃-1** et dissoudre.

Añadir 2 microchucharas verde de **NO₃-1** y disolver.



Glas schütteln (1 Minute).

Shake the tube (1 minute).

Agiter le tube (1 minute).

Agitar el tubo (1 minuto).




Reaktionszeit: 5 Minuten.

Reaction time: 5 minutes.

Temps de réaction: 5 minutes.

Tiempo de reacción: 5 minutos.



Farbe zuordnen, Messwert ablesen.

Compare the colour with the scale, read off the result.

Comparer la couleur avec l'échelle colorimétrique, lire le résultat.

Comparar el color con la escala colorimétrica, leer el valor de medición.